PM-08859

2021-10-05

Glidesheath Slender®
For radial access
Hydrophilic Coated Introducer Sheath

INTRODUCER / DISPOSITIF D'INTRODUCTION / EINFÜHRER / INTRODUCTOR / INTRODUTOR / INTRODUTTORE / INTRODUCER / INTRODUCTOR / INTRODUCTOR / INTRODUCTOR / INTRODUCTOR / INTRODUCTOR / SHEATH INTRODUCER / ΕΙΣΑΓΩΓΕΑΣ ΚΑΘΕΤΗΡΑ / INTRODUCTOR / PROWADNIK / INTRODUCTOR / ZAVADEC / ZAVÁDZACÍ / INTRODUCTOR / SISEITSIJA / ΕΙΣΑΓΩΓΕΑΣ / HEDMO ČAŠAS / UVLAČILO / UVODNIK / TEACA DE INTRODUCERE / INTRODUCTOR / INTRODUCTOR / INTRODUCTOR / UVODNÍK / ΕΙΣΑΓΩΓΕΑΣ

SLIN0003

TERUMO MEDICAL CORPORATION
950 Elkton Blvd., Elkton, MD 21921, U.S.A.
MADE IN USA

EC REP

TERUMO EUROPE N.V.
Interleuvenlaan 40, 3001 Leuven, Belgium
+32 16 38 99 01
Marquette Park NSW 2113 Australia
+61 2 9878 5122

TERUMO

® Registered Trademark
℠ Service Mark
™ Marque de commerce
® Marca registrada
® Marchio registrato
® Gedeponeerd handelsmerk
® Registrerat varumärke
® Registreret varemærke
® Rekisteröity tavaramerkki
® Registrert varemerke
® Zarejestrowany znak towarowy
® Registrovaná ochranná známka
® Registrovaná ochranná známka
® Registrirana blagovna znamka
® Înregistrată marcă comercială
® Ştampilă înregistrată
® Registrerat varumärke
® Registrovaná ochranná známka
® Registrirani blagovni znak

© TERUMO CORPORATION 2017-09-08

© Cet arrêt Glidesheath Slender are trademarks of TERUMO CORPORATION.
© Glidesheath Slender sont les marques de TERUMO CORPORATION.
© Die Glidesheath Slender sind Marken von TERUMO CORPORATION.
© Il Glidesheath Slender sono marchi commerciali di TERUMO CORPORATION.
© Os Glidesheath Slender são marcas comerciais registadas da TERUMO CORPORATION.
© Glidesheath Slender är varumärken tillhörande TERUMO CORPORATION.
© Glidesheath Slender er varemærker tilhørende TERUMO CORPORATION.
© Glidesheath Slender ovat TERUMO CORPORATIONin omistamia tavaramerkkejä.
© Glidesheath Slender er varemerker for TERUMO CORPORATION.
© Glidesheath Slender są znakami towarowymi TERUMO CORPORATION.
© Glidesheath Slender jsou ochranné známky TERUMO CORPORATION.
© Glidesheath Slender sú ochranné známky spoločnosti TERUMO CORPORATION.
© Glidesheath Slender so blagovne znamke TERUMO CORPORATION.
© Glidesheath Slender sunt mărci comerciale deținute de TERUMO CORPORATION.
© Glidesheath Slender är varumärken som ägs av TERUMO CORPORATION.
© Glidesheath Slender er varemærker tilhørende TERUMO CORPORATION.
© Glidesheath Slender on TERUMO CORPORATION omistamia tavaramerkkejä.
© Glidesheath Slender er varemerker for TERUMO CORPORATION.
© Glidesheath Slender są znakami towarowymi TERUMO CORPORATION.
© Glidesheath Slender jsou ochranné známky TERUMO CORPORATION.
© Glidesheath Slender sú ochranné známky spoločnosti TERUMO CORPORATION.
© Glidesheath Slender so blagovne znamke TERUMO CORPORATION.
© Glidesheath Slender sunt mărci comerciale deținute de TERUMO CORPORATION.
© Glidesheath Slender är varumärken som ägs av TERUMO CORPORATION.

Guide Wire Inserter / Introducteur de fil-guide / Einführhilfe Drahtführer / Dispositivo de inserción de la guía / Introdutor de fio-guia / Introduttore di filo guida / Introducător de ghidaj / Införingsverktyg för ledare / Ledtrådsinförare / Ledetrådsindfører / Opaskuljetin / Veiledervogn / Uvodnik za vodilno žico / Introduktor för ledare / Vodič za uvođenje žice / Introduktor za vodič / Introduktor za vodilo / Agulha introdutora / Introduktor för ledare / Vodič za uvođenje žice / Introduktor za vodič / Introduktor za vodilo / Introduktor för ledare

16. Срвку после извлечения гильзы следует применять метод неоконтрольной компрессии для установления после прорезывания гемостаз.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ХРАНЕНИИ

НЕ ХРАНИТЕ ПРИ ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ ЗНАЧЕНИЯХ ТЕМПЕРАТУРЫ И ВЛАЖНОСТИ. ИЗБЕГАЙТЕ ПРЯМОГО СОЛНЕЧНОГО СВЕТА.

POLSKI / POLISH

Przed użyciem należy przeczytać wszystkie instrukcje.

WSKAZANIA DO STOSOWANIA

Gildesheath Sleider przeznaczony jest do łatwego przeskórnego umieszczania ewinika w tętnicy promieniowej.

PRZECIWWSKAZANIA

Poza standardowymi przeciwwskazaniami związanymi z diagnostyką lub procedurami interwencyjnymi nie występują żadne przeciwwskazania związane z urządzeniem Gildesheath Sleider.

POTENCJALNE POWIKŁANIA

Możliwe powikłania obejmują między innymi: skurcz naczynia, krwawienie, zakażenie, uraz tkanki, perforacja ściany naczynia, zator powierzchniowy, tworzenie się tętniaka rzekomego, krwiak, tworzenie się skrzepu.

OPIS CHARAKTERYSTYKA

Gildesheath Sleider składa się z prowadnicy (osłonki i rozszerzadła), drutu miniprowadnika oraz igły wprowadzającej. Powierzchnia osłonki wyrobu jest powlekana specjalną powłoką hydrofilową firmy Terumo Corporation, zwaną „M Coat". Gildesheath Sleider jest wstępnie, staje się bardzo śliska, a współczynnik tarcia zostaje znacznie obniżony.

OPIS ELEMENTÓW SKŁADOWYCH >

Aby odnaleźć właściwe elementy należy zobaczyć rzeczenia na etykiecie produktu.

Osłonka prowadząca Gildesheath Sleider nie jest wyposażona z zastawką hemostatyczną.

Wszystkie komponenty wprowadzane do naczyń krwionośnych są radiocieniujące.

Osłonka: Zawiera jednokierunkowy zawór hemostatyczny i trójnik połączone bocznym portem. Osłonka może być stosowana z ewinikiem o tej samej średnicy wewnętrznej. Fi lub o średnicy o jeden rozmiar mniejszej od średnicy ewinika. Ewinik może być stosowany z drutu lub z drutu z powłoką hydrofilową.

Rozszerzadło: Dołączone dopasowane rozszerzadła do osłonki umożliwia równoczesne przemieszczanie zarówno rozszerzadła jak też osłonki.

Drut miniprowadnika: Sprężynowy drut miniprowadnika ze stopu niklowo-tytanowego z wyjątkowo elastyczny drut rdzenia, otoczony gładką powłoką zapobiegającą przylepieniu krwi, zapewniającą płynne prowadzenie.

Igła wprowadzająca: Metalowa igła wprowadzająca ze wskaźnikiem metalizowa igła i kaniula z tworzywa

Przyrząd do wprowadzania prowadnika drutowego

OSTRZEZENIE/ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

OSTRZEZENIA

- **Z metalizowa igłą wprowadzającą nie należy stosować drutu miniprowadnika w osłonie z tworzywa. Wycofywanie drutu z tworzywa przez metalizowa igłę wprowadzającą lub wsuwanie metalizowej igły wprowadzającej po drucie w osłonie z tworzywa może doprowadzić do ścinania drutu miniprowadnika lub zdrapywania jego powłoki z tworzywa. Może to prowadzić do uszkodzenia naczynia krwionośnego, a także do zatkania ewinika drutem z drutu lub kawałkami powłoki, co może doprowadzić do konieczności przeprowadzenia zabiegu otwartego tej części.**
- **Należy unikać używania alkoholu, roztworu zawierającego alkohol lub innych rozpuszczalników, ponieważ może to wpływać negatywnie na powierzchnię osłonki.**
- **Odpowiednie leczenie przeciwkrzepliwe należy podawać zgodnie z protokołem.**
- **Nie wolno zmieniać kształtu końcówki miniprowadnika.**
- **Miniprowadnik należy usunąć przed wstrzyknięciem przez taki sposób, żeby nie uszkodzić ścianki naczynia. Jednocześnie należy kontrolować ustawienie końcówki oraz jej ruchy za pomocą fluoroskopii.**

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Przed użyciem należy zapoznać się z instrukcjami na temat leków i instrumentów stosowanych razem z niniejszym urządzeniem.
- Zwilżyć wodą przed stosowaniem przez wykwalifikowanego lekarza przy wykorzystaniu fluoroskopii.
- Przed użyciem dostępu do tętnicy promieniowej należy przeprowadzić test Allen lub Barbeau w celu określenia ocenę obecności/prawidłowości przepływu krwi przez tętnicę łokciową w ręce. Dostęp do tętnicy promieniowej nie jest zalecany u pacjentów z nieprawidłowymi wynikami testów Allen lub Barbeau.
- Nie należy przemieszczać urządzenia bez widocznego światła w celu uniknięcia urazu naczyń krwionośnych.
- Odpowiednie leczenie przeciwkrzepliwe należy podawać zgodnie z protokołem.
- Nie wolno zmieniać kształtu końcówki miniprowadnika.
- **Miniprowadnik należy usunąć przed wstrzyknięciem przez taki sposób, żeby nie uszkodzić ścianki naczynia. Jednocześnie należy kontrolować ustawienie końcówki oraz jej ruchy za pomocą fluoroskopii.**

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Przed użyciem należy zapoznać się z instrukcjami na temat leków i instrumentów stosowanych razem z niniejszym urządzeniem.
- Zwilżyć wodą przed stosowaniem przez wykwalifikowanego lekarza przy wykorzystaniu fluoroskopii.
- Przed użyciem dostępu do tętnicy promieniowej należy przeprowadzić test Allen lub Barbeau w celu określenia ocenę obecności/prawidłowości przepływu krwi przez tętnicę łokciową w ręce. Dostęp do tętnicy promieniowej nie jest zalecany u pacjentów z nieprawidłowymi wynikami testów Allen lub Barbeau.
- Nie należy przemieszczać urządzenia bez widocznego światła w celu uniknięcia urazu naczyń krwionośnych.
- Odpowiednie leczenie przeciwkrzepliwe należy podawać zgodnie z protokołem.
- Nie wolno zmieniać kształtu końcówki miniprowadnika.
- Miniprowadnik należy usunąć przed wstrzyknięciem przez taki sposób, żeby nie uszkodzić ścianki naczynia. Jednocześnie należy kontrolować ustawienie końcówki oraz jej ruchy za pomocą fluoroskopii.

OPIS

Gildesheath Sleider jest sterylnym urządzeniem jednorazowego użytku do przezskórnego umieszczania ewinika w tętnicy promieniowej. Składa się z prowadnicy (osłonki i rozszerzadła), drutu miniprowadnika oraz igły wprowadzającej. Powierzchnia osłonki wyrobu jest powlekana specjalną powłoką hydrofilową firmy Terumo Corporation, zwaną „M Coat". Gildesheath Sleider jest wstępnie, staje się bardzo śliska, a współczynnik tarcia zostaje znacznie obniżony.

OPIS ELEMENTÓW SKŁADOWYCH >

Aby odnaleźć właściwe elementy należy zobaczyć rzeczenia na etykiecie produktu.

Osłonka prowadząca Gildesheath Sleider nie jest wyposażona z zastawką hemostatyczną.

Wszystkie komponenty wprowadzane do naczyń krwionośnych są radiocieniujące.

Osłonka: Zawiera jednokierunkowy zawór hemostatyczny i trójnik połączone bocznym portem. Osłonka może być stosowana z ewinikiem o tej samej średnicy wewnętrznej. Fi lub o średnicy o jeden rozmiar mniejszej od średnicy ewinika. Ewinik może być stosowany z drutu lub z drutu z powłoką hydrofilową.

Rozszerzadło: Dołączone dopasowane rozszerzadła do osłonki umożliwia równoczesne przemieszczanie zarówno rozszerzadła jak też osłonki.

Drut miniprowadnika: Sprężynowy drut miniprowadnika ze stopu niklowo-tytanowego z wyjątkowo elastyczny drut rdzenia, otoczony gładką powłoką zapobiegającą przylepieniu krwi, zapewniającą płynne prowadzenie.

Igła wprowadzająca: Metalowa igła wprowadzająca ze wskaźnikiem metalizowa igła i kaniula z tworzywa

Przyrząd do wprowadzania prowadnika drutowego

OSTRZEZENIE/ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

OSTRZEZENIA

- **Z metalizowa igłą wprowadzającą nie należy stosować drutu miniprowadnika w osłonie z tworzywa. Wycofywanie drutu z tworzywa przez metalizowa igłę wprowadzającą lub wsuwanie metalizowej igły wprowadzającej po drucie w osłonie z tworzywa może doprowadzić do ścinania drutu miniprowadnika lub zdrapywania jego powłoki z tworzywa. Może to prowadzić do uszkodzenia naczynia krwionośnego, a także do zatkania ewinika drutem z drutu lub kawałkami powłoki, co może doprowadzić do konieczności przeprowadzenia zabiegu otwartego tej części.**
- **Należy unikać używania alkoholu, roztworu zawierającego alkohol lub innych rozpuszczalników, ponieważ może to wpływać negatywnie na powierzchnię osłonki.**
- **Odpowiednie leczenie przeciwkrzepliwe należy podawać zgodnie z protokołem.**
- **Nie wolno zmieniać kształtu końcówki miniprowadnika.**
- **Miniprowadnik należy usunąć przed wstrzyknięciem przez taki sposób, żeby nie uszkodzić ścianki naczynia. Jednocześnie należy kontrolować ustawienie końcówki oraz jej ruchy za pomocą fluoroskopii.**

PRZECIWWSKAZANIA

- Przed użyciem należy zapoznać się z instrukcjami na temat leków i instrumentów stosowanych razem z niniejszym urządzeniem.
- Zwilżyć wodą przed stosowaniem przez wykwalifikowanego lekarza przy wykorzystaniu fluoroskopii.
- Przed użyciem dostępu do tętnicy promieniowej należy przeprowadzić test Allen lub Barbeau w celu określenia ocenę obecności/prawidłowości przepływu krwi przez tętnicę łokciową w ręce. Dostęp do tętnicy promieniowej nie jest zalecany u pacjentów z nieprawidłowymi wynikami testów Allen lub Barbeau.
- Nie należy przemieszczać urządzenia bez widocznego światła w celu uniknięcia urazu naczyń krwionośnych.
- Odpowiednie leczenie przeciwkrzepliwe należy podawać zgodnie z protokołem.
- Nie wolno zmieniać kształtu końcówki miniprowadnika.
- Miniprowadnik należy usunąć przed wstrzyknięciem przez taki sposób, żeby nie uszkodzić ścianki naczynia. Jednocześnie należy kontrolować ustawienie końcówki oraz jej ruchy za pomocą fluoroskopii.

PRZECIWWSKAZANIA

Nie należy wykonywać interwencji wewnętrznej igłą metalizowej do kaniuli z tworzywa. Należy użyć/wsadzić wewnętrzną metalizowa igłę wprowadzającą z zachowaniem zasad bezpieczeństwa uważając, by nie dopuścić do uszkodzenia.

Wprowadzać wytrawną elastyczną końcówkę drutu miniprowadnika do tętnicy promieniowej poprzez igłę metalizowa (Rys. 2A -2B). W przypadku stosowania z prowadnikiem drutowym należy go usunąć przy głowicy wsuwanej urządzenia (igłi metalizowej albo kaniuli z tworzywa) zapewniając łatwe wprowadzenie.

PRZESTROGA

Nie należy wycofywać drutu prowadnika poprzez igłę, gdyż może dojść do ścięcia drutu.

PRZESTROGA

Wsuwać lub wycigać drut miniprowadnika powoli. W razie napotkania oporu nie należy wsuwać ani wycigać drutu miniprowadnika, dopóki nie zostanie ustalona przyczyna oporu.

Wymuszać kaniulę z tworzywa lub metalizowa igłę wprowadzającą poprzez drut miniprowadnika.

Należy zabezpieczyć wyjście urządzenia wprowadzającego przed nadmiernym zgięciem przy wsuwaniu lub wyciganiu, by nie dopuścić do zakłamania.

Przylączyć przewód przedłużający do kranika trójdrożnego osłonki. Wypełnić całkowicie zespół osłonki heparynizowanym roztworem soli fizjologicznej usuwając tym samym powietrze, a także nawilżyć powierzchnię osłonki heparynizowanym roztworem soli fizjologicznej.

PRZESTROGA

Nie wsuwać ewinika trójdrożnego o więcej niż 180 stopni. Kranik może ustawić się niepłynnie albo wyjąć powodując wyciek krwi, bądź też zamknąć drogę przepływu krwi.

Napełnić strzykawkę do przepłukania płynu ujścia heparynizowaną solą fizjologiczna.

Wprowadzać cale rozszerzadło do środka zaworu osłonki. Nasadka zerkała osłonki pozostaje zostaje z nasadką metalu rozszerzadła oraz zabezpieczona przy użyciu mocowania (Rys. 3).

PRZESTROGA

- Wprowadzać rozszerzadło do środka zaworu osłonki. Wymuszone wprowadzanie rozszerzadła poza środkiem zaworu może spowodować jego uszkodzenie powodując wyciek krwi.
- Dokładnie zabezpieczać nasadkę rozszerzadła przed zakłamaniem osłonki. Jeżeli nasadka rozszerzadła nie zostanie zabezpieczona w nasadce osłonki, to do naczynia wprowadzona zostanie jedynie osłonka, która kontynuuje może uszkodzić naczynie krwionośne.
- Używać osłonkę w stanie nawilżonym. Jeżeli powierzchnia jest wyschnięta, należy ją ponownie nawilżyć.

Wprowadzać roztworzadło razem z osłonką do drucie miniprowadnika do tętnicy promieniowej (Rys. 4).

„Odblokować" nasadkę rozszerzadła od nasadki osłonki zginając ku dołowi nasadkę rozszerzadła (Rys. 5).

Powoli wycigać rozszerzadło oraz drut miniprowadnika pozostawiając zewnętrzną osłonkę w tętnicy promieniowej (Rys. 6).

PRZESTROGA

Jeżeli tak się stanie, należy umieścić rozszerzadło na nowo z osłonce i wymówić je ponownie powoli. Po wyjęciu rozszerzadła z drutu miniprowadnika należy zachować ostrożność podczas wprowadzania osłonki. Gwarantuje to może zapobiegać uszkodzeniu naczynia krwionośnego.

Umieścić ewinik w dostępie tętnicy promieniowej.

Wprowadzać osłonkę, zgodnie z protokołem do tętnicy promieniowej oraz wsunąć do pożądanego położenia (Rys. 7). Przy wsuwaniu ewinika należy wyjąć zatyczę ewinika i przyłączyć czynności opisane w punkcie 12.

Usunąć osłonkę z tętnicy promieniowej.

PRZESTROGA

- Przed wprowadzeniem lub wprowadzaniem ewinika poprzez osłonkę należy zasiąść krew z kranika trójdrożnego, aby usunąć zbyt fibryny. Może mogły się zatkać w osłonce lub na jej końcu (Rys. 8).
- Należy wystrzegać się szybkiej aspiracji przez strzykawkę. Może to spowodować zaciągnięcie powietrza przez zawór.
- Należy dochować ostrożności, by podczas pracy, zsuwania lub naciskania ewinik w pobliżu osłonki nie uszkodzić ewinika.
- Nie należy zaciskać osłonki ani nie wiązać jej ręcą.

Przewód przedłużający może być wykorzystywany jako stale miejsce infuzji po połączeniu go z trójdrożnym kranikiem (Rys. 9).

Osłonkę należy zawsze przytrzymywać na swoim miejscu w trakcie wprowadzania, ustalenia lub wymiana ewinika.

PRZESTROGA

Nie umieszczać nici chirurgicznej na rurce osłonki ponieważ może to ograniczyć dostęp do osłonki i przepływ krwi.

Po zakończeniu zabiegowej procedury wyjąć ewinik z osłonki.

W celu usilenia pozabiegowego hemostazy

INDIKACJA ZA UPOTREBU

Gildesheath Sleider je indikovan za izlaganje perkutanog kateteri kozo i radijalnu arteriju.

KONTRAINDIKACIJE

Za vodiče Gildesheath Sleider ni znanih kontraindikacij razen standardnih diagnostičnih kontraindikacij invazivnih intervencijskega posega.

MOGUĆI EFEKTI

Možni zapleti med drugim vključujejo: vazospazem, krvavitev, okužbo, poškodbo žile, prebitje žilne stene, znotraj-endotelij, nastanek psevdoaneurizme, hematom in nastanek krvnega strdka.

OPIS/OKAZITEV

Gildesheath Sleider je sestavljen iz ovojala (tulec in dilatator), mini vodilne žice in vstopne igle. Površina tulca tega izdelka je prevlečena z specialno hidrofilno prevleko podjetja Terumo Corporation. Ko je površina tulca mokra, postane zelo spolzka in kolikšna treja se močno zmanjša.

OPIS KOMPONENTE >

Za ustrezne komponente sistema si oglejte nalepko izdelka.

Gildesheath Sleider ni na tulcu z laskaja s zaporko za hemostazo.

Vse komponente, ki se jih vstavi v krvne žile, so radioneprepustne.

Tulec: Vključuje hemostatski ventil in stranski priključek, ki sta priključena s stranskoj cevko. Tulec lahko uporabljate s kateterom iste velikosti v Fr. ali kateterom, ki je do dve velikosti v Fr. manjši, ne da bi ki izklapa pri 1-izmernem velikosti.

Dilatator: Natančno prilegajoc dilatator iz tulec omogoča sočasno gibanje dilatatora in tulca.

Mini vodilna žica: Mini vodilna vodilna žica z vijugasto konico in žica z gladko površino prevleko proti spiranjemu krvi, ki preprečuje preoptegovanje.

Vstopna igla: Kovinska vstopna igla za vstopanje vodilnega žica in dilatatora tulca

Uvajalnik vodilne žice

OPOZORILA/PREVIDNOSTNI UKREPI

OPOZORILA

- **Plastične opozorilne mini vodilne žice ne uporabljajte s kovinsko vstopno igle. Zaradi izvlačenja plastične žice skozi kovinsko vstopno igla ali pomikanja kovinske vstopne igle naprej preko plastične opločene žice se lahko mini vodilna žica olupi ali se posname njena plastična prevleka. To lahko privede do poškodbi krvne žile in posledično delcev z žice v krvni obtok, ki lahko povzročijo:**
- **izoglobi se morate uporabi ahkolu, antiseptičnih razpolin ali drugih topli, ker lahko neodpovedno vplivajo na površino tulca.**
- **Pri poškodbi oprsnice ustvarjeno terapijo s sredstvom proti stejevanju krvi.**
- **Ne predolžujte konice mini vodilne žice.**
- **Mini vodilno žico uvajajte počasi in previdno, da se poškodujete stene žile, medtem pa spremljajte položaja in pomikanje vodilne žice s fluoroskopijo.**

PREVIDNOSTNI UKREPI

- Pred uporabo preberite navodila za uporabo zdravil in pripomočkov, ki jih boste uporabljali s to pripravo.
- Ta komplet mora uporabljati izpodobljen zdravnik pod preventivo.
- Pred začetkom uporabe opravite pritrdilni test Allen ali Barbeov test da bi se prepričali prisotnosti/ adekvatnosti pretoka prehodnega arterijskega obloka v roko. Pristop skozi radialno arterijo odsvetujemo pri bolnikih z neprimernimi rezultati Allenovega testa ali Barbeovega testa tipa D.
- Intraluminalni prirpor ne premikajte, če nalette na kalcifikacijo. Če ne opazitevate uspešnih previdnostnih ukrepov, lahko pride zaradi tega do poškodbe in/ali do njene odstranitve brez opazovanja.
- Ta izdelek je sterilizirani z etilenoksidom. Same za enkratno uporabo. Ne za ponovno uporabo. Ne sterilizirati ponovno. Ne priporočajte za ponovno uporabo. Ponovna uporaba lahko ogrozi sterilnost, biokolsko združljivost in funkcionalno neobremenjost prirpave.
- Previdno odstranite folijo iz ovoja, da niste odprli notranjosti ovoja. Ne uporabite, če je ovoj poškodovan.
- S tulcem ravnajte in ga nastavljajte previdno, da ne boste poškodovali cevke tulca.
- Ne uporabljajte, če je embalaža ali sam izdelek poškodovan.
- Uporabite laku jo ortopedu embalaža enote.
- Pri enkratni uporabi izdelek varno odstranite.
- Pred uporabo preverite, ali je vakkuat tulca (Fr.) in dilatatorja ustrezna za dodatno tlo in sistem, ki ga nameravate uporabiti.
- Celoten uporabni del naza kože do ostopnega mesta v trebu zato zagotovite.
- Mini vodilna žica v tem kompletu je namenjena le vstavitvi tulca. Zaradi opozkve v katerekoli druge namene lahko pride do poškodbe in/ali izdelave tlak, ki lahko povzroči poškodbo krvne žile.
- Ne uporabljajte avtomatskega injektorja za vbrizgavanje kontrastnega sredstva iz stranske cevke.
- V stranske cevke ne vbrizgajte tekočin, ki jih kontrastno sredstvo ali heparinizirano fiziološka raztopina, kadar je v uvajalnem tulcu prisoten, kot je dilatator ali kateter.
- Skozi stranske cevke ne vbrizgajte olja, ki vsebujejo olja ali topilne emulzija, ricinusovo olje, medpovršinsko aktivno sredstvo ali solubilizacijsko sredstvo, npr. alkohol. Lahko pride do razpok na petelišču.
- Ne vbrizgajte zraka skozi stranske cevke ali ga ne spustite v hemostatski ventil.
- Stranske cevke in petelišča ne vlecite, poškodujte ali uporabljajte prevelik.
- Plastične igelne in/ali stranske cevke ne uporabljajte s kladivom. Lahko nastanejo razpoke. Paziti, da s kleščami ali pripomočki z ostrim robom ne poškodujete plastične same in/ali stranske cevke.
- Tulca ne uporabite s konico igle, pripomočkom za rezanje ali drugim ostrim pripomočki.
- Ne nagibajte vodilne žice in/ali dilatatora tulca, ko je ta znotraj hemostatskega ventila.

NAVODILA ZA UPORABO

1. S skalpelom naredite majhen rez v koži na vbodnem mestu, če zdravnik oceni, da je to potrebno.
2. Kovinsko vstopno igli ali kovinsko vstopno igli s plastično kanulo vstavite v radialno arterijo (sl. 1A in 1B). Če uporabljate kovinsko vstopno igli s plastično kanulo, pred vstavljo tulca odstranite notranjo kovinsko igli (sl. 1A), nato pa plastično kanulo potisnite v radialno arterijo.

POZOR

Notranjo kovinsko igle ne smete vstavlti nazaj v plastično kanulo. Odstranjeno notranjo kovinsko igli vamo odstranite in zaszte, da ne pride do okužb.

3. Uporabljati kopac mini vodilne žice vstavite skozi plastično kanulo ali kovinsko igli v radialno arterijo (sl. 2A in 2B). Če uporabljate uvajalnik vodilne žice, ga za lažjo vstavitev nastavite k spoji vstopne prirpave (kovinske igle ali plastične kanule).

POZOR

Vodilne žice ne vlecite nazaj skozi igli, ker se lahko olupi.

POZOR

Mini vodilno žico potiskajte all umikajte počasi. Če zadutte upor, mini vodilne žice ne potiskajte ali vlecite nazaj, dokler ne ugotovite vzroka za upor.

4. Plastično kanulo ali kovinsko vstopno igli odstranite preko mini vodilne žice.
5. Odstranjeno vstopno prirpavo varno odstranite in zaszte, da ne pride do okužb.
6. Vod za izpiranje priključite na 3-poti petelišče tulca. Sklop tulca povsem napolnite s heparinizirano fiziološko raztopino, da odstranite ves zrak in da navlažite površino tulca s heparinizirano fiziološko raztopino.

POZOR

Trombozo petelišča ne obmite za več kot 180 stopinj. Petelišče se lahko zamakne ali sname in povzroči iztekanje krvi ali zapre pot zdravilu.

7. S pomočjo brizge in heparinizirane fiziološke raztopine prebrizgajte dilatator.
8. Dilatator žile povsem vstavite v tulec. Žensko spojko tulca priključite na moško spojko dilatatora; nato pa z stiskom priključke (sl. 3).

POZOR

- Dilatator vstavite v sredino ventila tula. Zaradi vstavitve dilatatora na silo in izrgrešite sredine ventila lahko pride do poškodbe ventila, posledica česar je iztekanje krvi.
- Spoko dilatatora čvrsto zaklenite v spoko tulca. Če spoka dilatatora ni zaklenjena v spoko tulca, se bo v žilo zvonil zrak, ki lahko povzroči zračno embolijo.
- Uporabite moker tulec. Če se je površina posušila, jo pred uporabo navlažite.

9. Dilatator in tulec vstavljajte skupaj kot enoto skozi kožno incizijo in vstopno mesto v arteriji (sl. 4).
10. Spoko dilatatora "odklenite" iz spoke tulca, tako da uporgnete spoko dilatatora navzdol (sl. 5).
11. Tulca potisnite naprej do dilatator in mini vodilno žico, dokler ne pride v radialno arterijo (sl. 6).

POZOR

Če v krvi ne tmuhlu potrebno injiciranje all vzorčenje, odstranite mini vodilno žico in pred odstranitvijo uporabite spoko dilatatora kot odprtino za injiciranje.

Pričasi odstranite dilatator iz tulca. Za dilatator hitro pričvrstite nazaj, lahko pride do nepopolnega zaprtja 1-smernega ventila, zaradi česar skozi ventil teče kri. Če se to zgodi, dilatator vstavite nazaj in ga pred odstranitvijo ponovno pričvrstite.

POZOR

- Ne nalezi zaskočiti sidrnega sistema, ker lahko pride do zvodenje vne vrste procedura, a pod kontrolom fluoroskopije.
- Pre postelka pristajanja radialnega arterijskega žilnega stebla preizkusite Allenov III Barbovr test da bi se procenila prisotnost/ adekvatnost pretoka prehodnega arterijskega oblaka v roko. Pristop skozi radialno arterijo ne preporučuje se kod pacienata sa abnormalnim rezultatima Alenovog testa ili Barbovog testa tipa D.
- Nemojte da ingate intraluminalni implantabilni uređaj ako osjetite otpor ili zahvatite na otpor. Ako ne preduzmete ove mjere, može doći do deformacije crevа kvačilice ili pucanja balona, što može dovesti do oštećenja krvnog suda, kao i do embolizacije.
- Ovaj proizvod je sterilan etilenoksidom. Samo za jednokratnu upotrebu. Ne upotrebljavati ponovo. Ne sterilisati ponovo. Ne obrađivati ponovo. Ponovna obrada može ugroziti sterilnost, biološku kompatibilnost i funkcionalnost isporučenog proizvoda.
- Ne koristite ako je pakovanje oštećeno ili ako je otvoreno.
- Ne koristite ako je bilo kakvo oštećenje uređaja.
- Ne koristite ako je pakovanje ili proizvod oštećeni ili ako je istekao rok upotrebe.
- Upotrebiti ga samo u skladu sa uputstvom.
- Pažljivo pročitajte sve uputstvo prije upotrebe